

a) **Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle, den Zuschlag erteilende Stelle sowie Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind:**

a1) **Zur Angebotsabgabe auffordernde Stelle (Vergabestelle):**

Name [WVE GmbH Kaiserslautern i. A. der Stadtentwässerung Kaiserslautern AöR](#)
Straße [Blechhammerweg 50](#)
PLZ, Ort [67659 Kaiserslautern](#)
Telefon [0 63 1/37 23-32 0](#) Fax [0 63 1/37 23 10 0](#)
E-Mail vergabestelle@wve-kl.de Internet <http://www.wve-kl.de>

a2) **Zuschlag erteilende Stelle:**

[Vergabestelle, siehe oben](#)

a3) **Stelle, bei der die Angebote einzureichen sind:**

Adresse für elektronische Angebote <https://www.subreport.de/E76537189>

Anschrift für schriftliche Angebote

b) **Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung , UVgO**

Vergabenummer [24-10-28-1100](#)

c) **Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen:**

Zugelassene Angebotsabgabe

- elektronisch
 - in Textform
 - mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel.
 - mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.
- schriftlich

d) **Art, Umfang sowie Ort der Leistung (z.B. Empfangs- oder Montagestelle):**

Ort der Leistung: [67659 Kaiserslautern](#)

Art der Leistung: [Lieferung Ionenchromatograph](#)

Umfang der Leistung:

[Ionenchromatograph gemäß Leistungsbeschreibung](#)

[PC inkl. Monitor, Maus, Tastatur und Software](#)
[Installation und Inbetriebnahme gemäß Leistungsbeschreibung](#)
[Einweisung / Schulung gemäß Leistungsbeschreibung](#)
[Wartungsvertrag](#)

[Der Ionenchromatograph \(Anionen\) hat mindestens über folgende Bestandteile zu verfügen:](#)

- [Eine automatisierte Eluent Herstellung und Reagenz-Überwachung zur besseren Reproduzierbarkeit von Retentionszeiten](#)
- [Einen Eluent-Entgaser](#)
- [Eine pulsationsarme Hochdruckpumpe](#)
- [Einen Suppressor](#)
- [Ein Injektionsventil](#)
- [Eine automatische Säulenerkennung](#)
- [Einen Säulenofen mit frei einstellbarer Temperierung in Abhängigkeit der Messmethode](#)
- [Einen Leckage-Sensor](#)

- [Detektion der Leitfähigkeit zur Signalerzeugung](#)
- [Chemischer Suppressor ist beständig gegen org. Lösungsmittel wie bspw. Aceton, Acetonitril oder Methanol.](#)
- [Einsatz verschiedener Säuren \(z.B. Oxalsäure, Phosphorsäure etc.\) zur Regeneration am Anionen-Suppressor.](#)
- [Aufgrund von org. Belastung in Proben muss ein Eluent mit 5-10 % \(Vol.\) Aceton eingesetzt werden können.](#)

- Alle verbauten Materialien, die mit dem Eluenten in Berührung kommen, also insbesondere Ventile, Kapillaren, Dichtungen sind Aceton- und auch Acetonitril-beständig.
- Während des Messbetriebes erfolgt eine Entfernung des während der chemischen Suppression entstandenen CO₂.
- Automatisierte Erkennung der verwendeten Trennsäule zur Vermeidung von Bedienfehlern und aus Gründen der Qualitätssicherung.

Der Ionenchromatograph (Kationen) hat mindestens über folgende Bestandteile zu verfügen:

- Eine automatisierte Eluent Herstellung und Reagenz-Überwachung zur besseren Reproduzierbarkeit von Retentionszeiten
 - Einen Eluent-Entgaser
 - Eine pulsationsarme Hochdruckpumpe
 - Ein Injektionsventil
 - Eine automatische Säulenerkennung
 - Einen Säulenofen mit frei einstellbarer Temperierung in Abhängigkeit der Messmethode
 - Einen Leckage-Sensor
- Detektion der Leitfähigkeit zur Signalerzeugung
 - Automatisierte Erkennung der verwendeten Trennsäule zur Vermeidung von Bedienfehlern und aus Gründen der Qualitätssicherung.

weitere Anforderungen siehe Leistungsbeschreibung

e) Aufteilung in Lose:

- nein
- ja, Angebote sind möglich
- nur für ein Los
- für ein oder mehrere Lose
- nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

f) Zulassung von Nebenangeboten:

- nein
- ja

g) Ausführungsfrist:

spätestens 2 Monate nach Auftragserteilung

h) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen:

Vergabeunterlagen werden

- elektronisch zur Verfügung gestellt unter:
<https://www.subreport.de/E76537189>
- nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden bei:

Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen:

- Abgabe Verschwiegenheitserklärung
- andere Maßnahme:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist.

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

- nachgefordert
- nicht nachgefordert

i) Angebots- und Bindefrist:

Ablauf der Angebotsfrist: am 28.10.2024 um 11:00 Uhr

Ablauf der Bindefrist: am 20.12.2024

j) Geforderte Sicherheitsleistungen:

k) Wesentliche Zahlungsbedingungen:

l) Zur Beurteilung der Eignung des Bewerbers verlangte Unterlagen:

m) Zuschlagskriterien

- siehe Vergabeunterlagen
- nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:
Preis 100 %

Sonstiges: